

# actualisation des documents « Allergie »

Fiche technique juin 2012  
Fiche complémentaire juin 2012

Karim Boudjedir

Réunion CRH-ANSM

20 juin 2012

# Pourquoi?

- ✳️ ✳️ Pourquoi une mise à jour de la fiche technique ?
  - Actualiser les données y figurant .
  - Mise en cohérence avec les événements récents concernant le retrait du PFC-BM.
  
- ◆ Pourquoi une mise à jour de la fiche complémentaire ?
  - Répondre à la demande des CHV (redondances des données).
  - Mise en cohérence avec les événements récents concernant le retrait du PFC-BM.

# Points essentiels à retenir

## Fiche technique :

- Le bronchospasme, au même titre que «le collapsus cardio-vasculaire» fait classer la FEIR en grade 3 (page 7).
- En cas de FEIR grade=2 : dosage histamine ,tryptase et IgA .
- En cas de FEIR grade =3 : dosage histamine, tryptase et IgA, et exploration à 6 semaines en fonction du contexte (TC,CMF) .
- En cas de FEIR grade = 4 dosage histamine, tryptase et IgA en post-mortem.

# Points essentiels à retenir

## Fiche complémentaire

- ⇒ Les données existant sur la FEIR ne doivent plus être renseignées sur la FC .
- ⇒ Il faudra être le plus précis possible sur les produits administrés 6h avant et 6 h après l'EI .
- ⇒ FEIR grades 1 et 2 : pas de FC à renseigner .
- ⇒ FEIR grades 3 et 4 : FC à renseigner, un CR médical anonyme serait souhaitable en cas de décès .

# Quand ?

- \*  
\*\* Mise en ligne sur e-fit (espace téléchargement de e-fit)  
le 02/07/12 .

## Avertissement

- 
- 
- 

## Warning

- 
- 
- 

Lien d'intérêt : personnel salarié de l'ANSM (opérateur de l'Etat).  
La présente intervention s'inscrit dans un strict respect d'indépendance et d'impartialité de l'ANSM vis-à-vis des autres intervenants.

Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable de l'ANSM.

Link of interest: employee of ANSM (State operator).  
This speech is made under strict compliance with the independence and impartiality of ANSM as regards other speakers.  
Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.